

平成31年2月26日
四国電力株式会社

伊方発電所3号機 小物物品搬出モニタからの発煙について

本日10時46分、伊方発電所3号機原子炉補助建屋内の出入管理室¹に設置している小物物品搬出モニタ²の管理区域側から発煙したことを確認しました。

直ぐに発煙は止まっており、火災感知器は動作しておらず、炎も確認しておりません。

その後、当該モニタ内部を確認したところ、基板の一部に変色があることを確認しました。

今後、原因について詳細調査を実施します。

本事象によるプラントへの影響はありません。また、環境への放射能の影響もありません。

- 1 管理区域を出入りする際に、衣服の着替えや、管理区域入退域処理（個人線量計の着用、作業件名の確認、着用した衣服等の放射線量の測定等）を実施する場所。
- 2 管理区域内に持ち込んだ手持ち物品（チェックシート、筆記用具等）を、持ち出す際に当該物品の放射線量を測定する装置。

以上